

Наручилац	Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса	Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Место	Ниш

**ПРЕДМЕТ :**

**одговори на постављена питања у вези јавне набавке у отвореном поступку - Реагенси за контролу оралне антикоагул.терапије компатибилни апарату Trombotrack Solo Axis – Shield бр ЈН 30/15**

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на постављена питања

1 ПИТАЊЕ : да ли добра која су предвиђена у спецификацији могу да се доставе таква како су наведена или одговарајућа

**ОДГОВОР :**

У самом тексту техничке спецификације наведено је да предмет набавке –добра –

Дијагностички реагенси и потрошни материјал за извођење потромбинског времена и капиларне крви на апарату „Trombotrack solo“ или „одговарајући“ што значи да понуђач може да достави наведена добра у табели или одговарајућа . „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ „ се односи на све ставке из спецификације и то

Reagens za PT iz kapilarne krvi 6\*5ml

Kivete za trombotack solo a 500

Kuglice za trombotrack solo a 500

Normal finger control plasma 10\*0,5ml

Yellow tipsfor anatomatic pipette

ПИТАЊЕ 2 : Која је тражена стабилност реагенаса након реконституције на температури 2-8°C ( у фрижидеру )

ОДГОВОР : Стабилност наком реконституције на температури 2- 8°C ( у фрижидеру ) је три дана .