

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 21/14
Serumi i reagensi za laboratorijsku dijagnostiku

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Dana 12.08.2014. primili smo Zahtev za dodatnim pojašnjenjima konkursne dokumentacije za JN 21 /14 potencijalnog ponuđača koji je kod nas zaveden pod brojem 2096 od 12.08.2014.godine.

U Zahtevu je potencijalni ponuđač postavio sledeća pitanja:

Pitanje broj 1:

Da li ponuđeni reagensi za automatsko imunohematološko testiranje uzoraka krvi, u mikroeprevetama sa inkorporativnim serumom za rad na aparatu IH-1000 , proizvođača BioRad ili odgovarajući , za Partiju 1, moraju svi biti od istog proizvođača, obzirom da se radi na istom automatskom aparatu, a u funkciji uniformnosti u radu i dobijanja preciznih rezultata sa uporedivim vrednostima ?

Pitanje broj 2:

Da li ponuđeni serumi i reagensi za imunoserološka testiranja krvi u epruveti , za Partiju 2, shodno Partiji 1, moraju svi biti od istog proizvođača, a u funkciji uniformnosti u radu i dobijanja preciznih rezultata sa uporedivim vrednostima, a koji se tiču preporuka o dobroj proizvođačkoj praksi za pripremu, korišćenje i obezbeđivanje kvaliteta komponenata krvi ?

Postupajući po članu 63 Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa konkursnom dokumentacijom Komisija daje sledeći ODGOVOR:

U vezi Vašeg pitanja pod rednim brojem1.

Da , ponuđeni reagensi moraju biti od istog proizvođača.
Naručilac će dopuniti tehničku specifikaciju.

U vezi Vašeg pitanja pod rednim brojem2.

Da , ponuđeni serumi i reagensi moraju biti od istog proizvođača.
Naručilac će dopuniti tehničku specifikaciju.

Obaveštavamo Vas da ćemo izmenu konkursne dokumentacije objaviti na Portalu za javne nabavke i na internet strani naručioca.

Predsednik Komisije
dr Zoran Anđelković

