

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Наручилац | Завод за трансфузију крви Ниш |
| Адреса | Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 |
| Место | Ниш |

У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на Ваш допис за појашњење

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ : одговор на постављено питање у вези јавне набавке Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви даваоца методом микроепрувете са инкорпоративним серумима за рад на апарату ИН - 1000 ЈН бр 20/18

Захтев за појашњење

ПОВОДОМ ВАШЕГ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За ЈН 20/18 **ОБАВЕШТАВАМО ВАС СЛЕДЕЋЕ**

Заинтересовани понуђач у уводном делу захтева се осврнуо на ЈН 15/18 и све примедбе и питања које је постављао са ЈН 15/18 на које је наручилац одговорио и која се налазе на порталу јавних набавки са ЈН 15/18

Засинтересовани понуђач у свом захтеву од 21.8.2018 , а које је мејлом прослеђено наручиоцу 22.8.2018 г поставља питање

ЧИМЕ ДОКАЗУЈЕТЕ ТВРДЊУ ДА СЕ ПОМЕНУТИ АПАРАТ НАЛАЗИ У ВАШЕМ ВЛАСНИШТУ У ШТО ВАМ ЈЕ ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВАКВЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА?

Одговор

Наручилац поседује апарат ИН - 1000 од 2013 године .Доказ о поседовању овог апарта наручилац поседује уговор о донацији апарата 1725 од 02.07.2014 г

Прилог: скениране пописан листе

ПИТАЊЕ . У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА СТАВКУ БР.6 НАВЕДЕНО ЈЕ „ID-Diluent 2 за ИН 1000 или одговарајуће (10*60мл) „ . да ли се мисли на паковање од 10 плоча са 60 позиција од 700 мл (10*60*700 мл)

ОДГОВОР :

У техничкој спецификацији под ставком 6 „ID-Diluent 2 за ИН 1000 или одговарајуће (10*60мл) „ односи се на паковање од 10 плоча са 60 позиција од 700 мл (10*60*700 мл)

Комисија