

Наручилац	Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса	Булевар др Зорана Ћинђића бр.48
Место	Ниш

У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо Вам одговор на Ваш допис за појашњење

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ : одговор на постављено питање у вези са конкурсном документацијом ЈН 9/19- набавка добара- Медицински потрошни материјал

1. ПИТАЊЕ – партија 10 ставка 1-молимо за појашњење, да ли под аутоматском пипетом мислите на варијабилну аутоматску пипету са опсегом од 5 до 50 ml

ОДГОВОР

У партији 10 Пипете аутоматске,ставка под ред бр 1- Пипете аутоматске 25-50 мл мисли се на пипете са опсегом од 5-50микролитара

2.ПИТАЊЕ –партија 10 ставка 2 – молим за појашњење , да ли је потребно понудити наставке за пипете из ставке 1 или неке друге наставке .Уколико су други , молимо Вас да прецизирате , да ли се ради о жутим наставцима за пипете 1-300 мл или о плавим наставцима 100-1000мл

ОДГОВОР

У партији 10 Пипете аутоматске,ставка под ред бр 2 Наставци за пипете мисли се на наставке за пипете које се нуде у ставу 1 техничке спецификације у партији 10-Пипете аутоматске